



Número de documento:
GAV-FOR-FAB-02-02

Versión:
02

Número de
hojas: Página
1 de 1

Título:

CERTIFICADO DE PROCESO DE ESTERILIZACIÓN

Fecha:

Lote de Esterilización:

PRODUCTO

Clave	Descripción	Lote	Cantidad	Observaciones

PARÁMETROS DE PROCESO

Parámetro	Unidad	Valor	Real	
Temperatura (Interior de la Cámara)	°C	40 °C — 60 °C	Mín: °C Máx: °C	
Presión de Vacío	pulgHg	-15 pulgHg (50.8 Kpa)		
Tiempo de Acondicionamien	min	90 min		
Humedad Relativa	%	40 % — 60 %		
Tiempo de Exposición al Gas EtO	Hora	8 h	Hora de Inicio	Hora de Término
Cantidad de Gas EtO suministrado	Kg	46.7 Kg		
Concentraci3n Estimada de Gas EtO	mg/L	500 — 600 mg/L		
Número de Lavados	#	3 — 6		

Observaciones:

PERSONAL OPERATIVO

Puesto	Nombre	Firma	Fecha
Operador:			
Operador:			
Supervisor:			

Autorizado por:

Responsable Sanitario