

Título:

**LISTA DE EQUIPOS, PARTES Y COMPONENTES DE LA CAMARA DE ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO**

	ITEM	MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	NUMERO
Camara de esterilización	Cuerpo	IFM (Investigaciones Fisicas de México S.A de C.V.	-		
	Termómetro	Infra Metron	-	Termometro indicador de temperatura interior al Cuerpo de la camara de Esterilización	
	Manovacúmetro	Infra Metron	-		
Sistema Vacio	Bomba de vacio	Equipos y sistemas de vacio	2T 10	10 HP Trifásico, Camara de anillo liquido	
	Motor Electrico de Bomba de Vacio	WEG	-	Motor Eléctrico	
	Válvula	Guss& Roch	RP040SD	Válvula Solenoide RP040SD	
	Válvula	Guss& Roch	-	Válvula Solenoide 2/2 2W-160-15E	
Sistema de Recirculación de Ambiente Interior	Bomba	Internacional	AP 20	Bomba de engranes	
	Válvula	Sun Rpec Lan	-	Válvula de alivio	
	Válvula	Internacional	IFP FC 1-04-5	Válvula de flujo prioritario	
	Motor	Haldex	-	Motror de engranes;Desplazamiento de 0.7 pulg3/rev	
	Motor	SIEMENS	-	5 HP Trifásico	
	Mánometro		-		
	Manovacúmetro	Infra Metron	-	Manovacúmetro de máscara líquida	
sistema de sellado Neumático	Actuador	Guss& Roch	RP040 SD		
	Válvula Eléctrica	GRG5/21/4 FS 110 VAC	-		
	Sello	Elaspolímeros Nacionales	-	Fabricación en plástico flexible con resistencia a temperatura, humedad y corrosión	
Sistema Neutralizador	Bomba	Evans	-	Autocebante de 2 HP Trifásica	
Sistema de Re-Circulación de Agua	Bomba	Ideal Ayala	-	110/220 Volts Monofásica	