



FORMATO

Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-14-01

Versión:
02

Numero de hojas:
Página 1 de 2

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

Folio: *GAN / PNC / 2023 - 013 - P*

Fecha: 02-JUN-2023

Nombre del Producto	Número de Lote
Aspiración de Secreciones 14 FR Cirugía Fina	6000000359 1000LP6705

Nombre del Inspector de Calidad	Supervisor de Producción
Yazmin Reyes	Ma. Guadalupe Hernández Bautista

IMPUTABLE A:

<input type="checkbox"/> N/A	Producto en Proceso	Línea de Fabricación: Kits
<input type="checkbox"/> N/A	Producto Terminado	Orden de Producción: 6000000359 / 1000006705
<input checked="" type="checkbox"/> X	Esterilización:	Tipo de Esterilización: ETO No. de Lote de Esterilización: 0942023ETO/M

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

En la inspección del producto después de haber sido enviado a esterilización se abren kits para verificar la integridad de los componentes, encontrando que el plato esta deformado.

CAUSA (S) QUE ORIGINÓ EL PRODUCTO NO CONFORME

Defecto por proceso de esterilización.

DICTAMEN DE PRODUCTO NO CONFORME

<input type="checkbox"/>	Retrabajo	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE SANITARIO Alan Galicia Castillo
<input type="checkbox"/>	Reacondicionado	
<input type="checkbox"/>	Reproceso	
<input type="checkbox"/>	Aprobado (por concesión)	
<input checked="" type="checkbox"/> X	Rechazo	

DOCUMENTAR ACCIONES INMEDIATAS

Notificar al Responsable Sanitario.

Identificar como rechazo el kit de Aspiración de Secreciones 14 FR y Cirugía Fina.


Productos	Conformes	0	Piezas/ Unidades	Firma de Liberación	<i>NIA</i>
	No Conformes	<ul style="list-style-type: none"> Aspiración de secreciones 14 FR LOTE: 6000000359 1,997 PZS Cirugía Fina LOTE: 1000LP6705 242 PZS 			

Título:

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

EVIDENCIA

- Plato deformado Aspiración de secreciones 14 FR



- Plato deformado Cirugía Fina

